



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
INAPA

No. EXPEDIENTE

INAPA-CCC-CP-2019-0056

No. DOCUMENTO

Click here to enter text.

08 de enero de 2019

Página 1 de 2

CIRCULAR DE RESPUESTA A LOS OFERENTES

COMITÉ DE COMPRAS

CIRCULAR No. 1

A TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS

COMPARACION DE PRECIOS INAPA-CCC-CP-2018-0056, para ADQUISICION DE MATERIALES, INSUMOS Y EQUIPOS PARA LA ACREDITACION DEL LABORATORIO NIVEL CENTRAL Y EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO REGIONAL, PROVINCIA HERMANAS MIRABAL.

El Comité de Compras y Contrataciones del **Instituto Nacional de Aguas potables y alcantarillados (INAPA)**, les informa que, hasta la fecha **04** del mes de enero del 2019, recibimos las siguientes preguntas: les damos respuestas:

- 1- Los 3 Ítems vienen en paquetes de 100 Saches (sobrecitos) para trabajar con muestras de 10 mL.

Respuesta: La información solicitada está contenida en los planos arquitectónicos y estructurales entregados (planos 3,6 y 7, ver planos publicados)

Tenemos algunas dudas, le expreso las siguientes preguntas,

- 2- Los Ítem del lote 1, vienen en paquete de 100 de 5ml, 10ml, 25ml, cada paquete,

¿De cuánto ML serían los paquetes que están solicitando?



35	FERROVER paquete de 100 unidades	Paquete	2
36	NITRIVER 3 Paquetes de 100 unidades	Paquete	1
37	NITRAVER (Nitriver 5) Paquete de 100 Unidades	Paquete	2

Respuesta: Los 3 Ítems vienen en paquetes de 100 Saches (sobrecitos) para trabajar con muestras de 10 mL.

3- ¿Los equipos tienen que tener el mismo requerimiento que exigen en el ítem?

Respuesta: En cuanto a los equipos, sí deben de cumplir con las especificaciones técnicas descritas.

4- El ítem 9 del lote 2 es Micro pipeta o la pistola para pipeta?

Respuesta: El controlador se refiere a la pistola.

5- Favor de facilitarnos más información sobre los siguientes equipos,

la nevera de 10 pies, ¿es una nevera para microbiología?, ¿de cuánto litro?

Incubadora (más especificación)

Baño de maría (más especificación)

Incubadora de cultivo (más especificación)

Respuesta:

A continuación las especificaciones técnicas correspondientes a la nevera, Incubadoras y Baño de María, que requerimos:

Nevera

- De 10 pies cúbicos que es el volumen de capacidad
- De un solo cuerpo
- Con volumen de almacenamiento
- Ambiente de operación de 5 °C a 25 °C
- Con sistema de deshielo automático

Con relación a la Incubadora con Chaqueta de agua, las especificaciones son las siguientes:

- Modelo 3121
- Digital
- Dosificación de humedad: bandeja de agua
- Rango de temperatura ambiente +5 °C a 50 °C
- Capacidad 6.60 cu ft
- Requisitos eléctricos 230V 50/60 Hz
- Dimensión interior: 21.3”W x 26.8”H x 20.0” F-B
- Dimensión exterior: 26.3”W x 39.5”H x 25.0 F-B

Baño de María:

- Digital
- 120V
- De recirculación
- Con tapa

CP-2018-0056



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino



- De 20 Litros de Capacidad
- Modelo Digitern-TFT-200

Incubadora de Cultivo:

- Type
- Modelo 137925
- Tipo 37900
- Voltaje 120
- 50 Watts

6- Es necesario participar en todos los ITEM?

Respuesta: Debe participar según lo establecido en el Pliego de Condiciones Específicas.



Karol Peña
División de Licitaciones,

